



РОССТАНДАРТ
Федеральное государственное учреждение
"Пермский центр стандартизации, метрологии и сертификации"
ФГУ "Пермский ЦСМ"

Аттестат аккредитации на право калибровки средств измерений № 019 от 25.12.2008г.
со сроком действия до 31.12.2013г.

СЕРТИФИКАТ № 08/290
о калибровке средства измерений

Средство измерений Измеритель-регулятор с датчиком температуры РТ 104-02
наименование, тип (если в состав средства)

измерения входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень).

заводской номер (номера) 00110 / МТ -1.001.2Д1

принадлежащее ООО "Системы СТК" ИНН 5904139735
наименование юридического (физического) лица, ИНН

Калибровка осуществлена в соответствии с Термометры контактные цифровые
наименование и номер документа, на методику поверки (калибровки)
ТК-5. ТК-5.00.000 РЭ раздел 3. Методика поверки.

с применением эталонов Термометр цифровой прецизионный ДТ1 1000 №
наименование, заводской номер, разряд,

512745-01556 ПГ ± 0,02 °С в комплекте с термопреобразователем сопротивления типа
класс или погрешность

STS 100 А (платина Pt 100) № 508987-09 ПГ ± 0,03 °С

при следующих значениях влияющих факторов Температура - 23 °С, относительная
приводят перечень влияющих факторов,

влажность - 58 %, атмосферное давление - 99,6 кПа

нормированных в документе на методику поверки (калибровки), с указанием их значений

Калибровочное клеймо



Начальник отдела
должность руководителя
подразделения

Калибровку провел

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Мухарамов Р.Н.
(инициалы, фамилия)

Дюкина Т.А.
(инициалы, фамилия)

« 29 » ноября 2010г.

№ счета 35193

Запрещено применение в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (ст. 9; 18 Закон РФ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений").

Действительные значения метрологических характеристик СИ

<i>T_з</i>	<i>T_{изм}</i>
-20	-19,8
-10	- 9,6
0	0,1
10	10,0
20	20,0
30	30,0
40	39,9

Люкина Т.А.

Калибровку провел

« 29 » ноября 2010г.

Орган Государственной метрологической службы ФГУ "Пермский ЦСМ" соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85

тел. (342) 236-31-00, факс: (342) 236-23-46.

E-mail: pcsm@permcsm.ru; www.permcsm.ru